



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел радиационной гигиены

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации RA.RU.21НН96

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»

Приказ № 2 от 11.07.2019
заведующий отделом РГ А.И. Румянцева



С.С. Сафонкина

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№77.13135 17 от 15 июля 2019 г.

1. Код образца (пробы): 17.19.13135 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 02127 от 03.07.2019

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

4. Юридический адрес: 142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Смесь сухая облицовочная клеевая на цементной основе "LITOLIGHT K16"

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
страна: Россия

7. Место отбора: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", 142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

8. Время и дата отбора: 26.06.2019

Ф.И.О., должность: Гаричев С.В., технолог ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

Доставлен в ИЛЦ: 08.07.2019

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Комплекс спектрометрический (бета-гамма) "Прогресс"	0506-Б-Г	АА 3437367/05994 от 28.09.2018	27.09.2019

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)", СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения".

Протокол № 77.13135 17 распечатан 17.07.2019

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2